

2016年 2月17日

株式会社 テクノランドコーポレーション
代表取締役 清水 孝志

C-TS 105型
8CH Long Range Ultra Resolution TDC リコールのご案内

拝復 日頃はなにかとお引き立てを賜わりありがとうございます。

さて、このたび当社で製造しました C-TS 105 8CH LR UR TDC に以下の不具合があることが判明しました。

不具合内容 CAMAC ファンクション F(8)A(0)において LAM が発生していない状況でも Q レスポンスが返ってくる (TEST LAM 機能)

改修内容 : LAM が発生しているときだけ Q レスポンスが返るように修正

つきましては無償で改修いたしますので下記の住所に宅配便の着払いで送付願います。

改修は1日で完了しますので届いた日に返送いたします。

たいへんご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

敬具

モジュール送付先

〒190-1212 東京都瑞穂町殿ヶ谷902-1
株式会社 テクノランドコーポレーション
技術部 河村宛て

問い合わせ電話番号 042-557-7760

E-Mail info@tcnland.co.jp